

6 de noviembre de 2013

**RETIRO VOLUNTARIO DEL MERCADO DE UN LOTE DEL SISTEMA DE CLAVO
ENDOMEDULAR MULTIFIX**

La ANMAT informa que la firma "BIOTROM S.A." ha iniciado el retiro voluntario del mercado de un lote del siguiente producto médico:

**"SISTEMA DE CLAVO ENDOMEDULAR, MARCA MULTIFIX, MODELO CLAVO
ENDOMEDULAR DE TIBIA, LOTE G77, FABRICADO EL 23/06/2011".**

La medida fue adoptada luego de que el Programa de Tecnovigilancia de esta Administración Nacional recibiera un reporte relacionado con una presunta falla de calidad de la partida detallada.

Por lo tanto, se comunica a los profesionales que deberán dejar de utilizar unidades correspondientes al lote mencionado, y que aquellas que no hayan sido empleadas deberán ser devueltas al fabricante. La empresa "BIOTROM S.A." informó que contactará a los distribuidores y a los médicos, a fin de brindarles las instrucciones pertinentes.