

6 de enero de 2016

## **ANMAT ADVIERTE SOBRE UNIDADES APÓCRIFAS DEL PRODUCTO "LATISSE", DE LABORATORIO ALLERGAN**

La ANMAT informa a la población que **se han detectado en el mercado unidades apócrifas del siguiente producto:**

**"LATISSE (bimatoprost ophthalmic solution) 0.03% sterile, Allergan".**

El laboratorio titular de registro de la especialidad medicinal informó a la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud que recibió un reporte de un paciente que sospechaba sobre la legitimidad de unidades adquiridas fuera del canal sanitario del producto "Latisse".

En efecto, las unidades carecen de número de lote, de estuche secundario y presentan características diferenciales respecto a las originales del laboratorio Allergan.

Por lo expuesto, se recomienda abstenerse de utilizar unidades apócrifas del producto, con las características que se detallan a continuación:

### **Envase Primario: Frasco Gotero**





**Aplicadores**



**FALSOS**

**ORIGINALES**